

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 113590
Alım No : 26/612
Talep Eden Birim : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Konu : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 03.04.2026 10:00

01.04.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	CHCA YELLOW 5 X 0.5 ML (VİTEK MS) *			10,00	KUTU		
2	TARGET SLIDES 32 X 48 (VİTEK MS) *			5,00	KUTU		

ÅŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli.kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve/...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir. Firma teklif vermiştir.

VİTEK MS CHCA(YELLOW) MATRİKS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MALDI-TOF kütle spektrometresi için kullanılacak matriks kullanıma hazır (sıvı eklenmesini gerektirmeyen) steril siyanohidroksinamik asitten oluşmalıdır (-Cyano-4-hydroxycinnamic acid,matriks substance for MALDI-MS,>99.0%-SYNONYM:-cca,-chca,-Cuano,4-HCCA,ACCA).
2. Her kutuda 5 adet tüp matriks olmalıdır.
3. Her tüp 0,5 ml matriks içermelidir.
4. Matriks 2-8 derecede saklanabilmeli ve açıldıktan sonra stabilizasyonu en az bir hafta olmalıdır.

VİTEK MS TARGET SLAYT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MALDI-TOF kütle spektrometresi cihazında kullanılacak olan slaytlar, kontaminasyonu engellemek ve kullanıcı sağlığını tehdit etmemesi için tek kullanımlık alüminyum slayt olmalıdır.
2. Her slaytta 48 numune çalışılabilirliklidir.
3. Slaytlar üzerinde hasta verilerinin saklanması, takibini ve sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek amaçlı barkot bulunmalıdır.
4. Bir slayt üzerinde 2 adet kalibrasyon spotu bulunmalı ve bu spotlar E.coli bakterisi sürülerek cihazın hassas kalibrasyon ayarı yapılabilirliklidir.
5. Bir slayt 3 tane 16'lık alana ayrılmış olmalı ve gerektiğinde boş olan diğer alanın kullanımı için slayt tekrardan sisteme yüklenebilirliklidir.
6. Bir kutuda 1536 hastayı çalışabilecek kadar spot içeren slayt olmalıdır (32x48).
7. İnternal kalite kontrolü için standart suş olan E.Coli ATCC 8739 firma tarafından ücretsiz verilecektir.

Prof. Dr. Melih DOĞAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
Dip. Tes. No: 981402-75922

Prof. Dr. Melih DOĞAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
Dip. Tes. No: 981402-75922