

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

İstem No : 113715  
Alım No : 26/650  
Talep Eden Birim : ÜROLOJİ SERVİSİ  
Konu : ÜROLOJİ SERVİSİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM  
Son Teslim Tarih & Saat : 10.04.2026 10:00

08.04.2026

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	LİGASYON KLİPSİ ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ BÜYÜK (KARTUŞ)		UR1086 - 48	50,00	ADET		
2	LİGASYON KLİPSİ ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ EKSTRA BÜYÜK (KARTUŞ)		UR1086 - 48	50,00	ADET		
3	DEFLÜX 1 CC		KD1020 - 200	30,00	ADET		

ASAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren,malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod,numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasuyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TİUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı

tarihinde de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TİTÜBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

**NOT:**

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UGRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve ...../...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir.....Firma teklif vermiştir.

**T.C.**  
**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ**  
**TIP FAKÜLTESİ**  
**ÜROLOJİ ANABİLİM DALI**  
**LİGASYON KLİPSİ ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ BÜYÜK (KARTUŞ)**  
**ŞARTNAMESİ**

1. Klip bileşimi insan vücuduna hiçbir yan etkisi olmayan non-absorbable polimer yapıda olmalıdır.
2. Klipler tek kullanımlık ve orijinal steril ambalajında olmalıdır.
3. Uygun aplikatörler ile açık ve laparoskopik cerrahide kullanılabilmelidir.
4. Kartuşun üzerinde en az 6 (altı) adet klip bulunmalıdır.
5. Klip tam kapanma sağlayan "kayık şekilli" yapıda olmamalıdır.
6. Klibin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
7. Klip üzerinde aplikatöre rahatlıkla oturan ve klibin düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
8. Klip aplikatör üzerinde esneklik sağlayan yapıda olmamalıdır.
9. Klipler dayanıklı materyalden imal edilmiş olmalı, doku ve damarları kapatma esnasında veya sonrasında kırılma ve açılma yapmamalı, deformasyona uğramamalıdır.
10. Klipler radyotransparan olmalıdır, MR ve X-ray cihazlarının manyetik alanlarından etkilenmemeli ve bu uygulamalarda görünmez yapıda olmalıdır.
11. Klipler L boy ebatlarında olmalıdır.
12. Kliplere teklif veren firma 2 (iki) adet 10 mm şaftı olan laparoskopik aplikatörü bedelsiz vermelidir. Klipler kullanıldığı sürece aplikatörlerde herhangi bir teknik problem gelişmesi halinde ilgili firma bu problemi bedelsiz gidereceğini taahhüt etmelidir.
13. Klipsler hastane ameliyathanelerinde bulunan olan aplikatörler ile uyumlu çalışmalıdır.
14. Steril paketli malzeme en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır.
15. Ürün takip sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.
16. Teklif veren firma numune vermelidir.
17. Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
18. Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirilecektir.

  
Doç. Dr. Öğretim Üyesi  
**Hakan Hakkı TAŞKAPU**  
Necmettin Erbakan Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.  
Dip. Tes. No: 65778

  
Doç. Dr. Yunus Emre GÖGER  
E.Ü. Necmettin Erbakan Tıp Fak. Hast.  
Üroloji Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 105585

**T.C.**  
**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ**  
**TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ**  
**Deflüx 1cc Şartnamesi**

1. Materyal stress üriner inkontinans ve Vezikoüreterel Reflü için uygulanabilir olmalıdır.
2. Materyal 1 ml'lik şırıngalar içinde, steril olarak temin edilebilmelidir.
3. Dektranomer ve hayvansal olmayan Stabilize Hyaluronik Asit (NASHA) içermelidir.
4. Ürüne ait partikül büyüklüğü değeri, migrasyona uğramaması için, 80-250 mikron aralığındaki moleküllerden oluşmalıdır.
5. Vücutta tamamen biodegrade olmalı, uzak dokulara migrasyon riski olmamalıdır.
6. Vücutta alerjik reaksiyon göstermemeli, hayvansal bazlı veya sentetik madde içermemelidir.
7. Viskozitesi sadece el manüplasyonu ile enjekte edilmesine imkân vermeli, donmamalı, enjeksiyonu son derece kolay olmalıdır. Uygulama için herhangi bir tetikleme sistemine ihtiyaç duyulmamalıdır.
8. İhaleye giren firma 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

  
Doktor Öğretim Üyesi  
**Hakan Hakkı TAŞKAPAN**  
Necmettin Erbakan Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Uroloji A.B.D.  
Dip. Tes. No: 65778

  
Doç. Dr. Yunus Emre GÖGER  
N.E.Ü. Necmettin Erbakan Tıp Fak. Hast  
Uroloji Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 105085

**T.C.**  
**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ**  
**TIP FAKÜLTESİ**  
**ÜROLOJİ ANABİLİM DALI**  
**LİGASYON KLİPSİ ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ EKSTRA BÜYÜK**  
**(KARTUŞ) ŞARTNAMESİ**

1. Klip bileşimi insan vücuduna hiçbir yan etkisi olmayan non-absorbable polimer yapıda olmalıdır.
2. Klipler tek kullanımlık ve orijinal steril ambalajında olmalıdır.
3. Uygun aplikatörler ile açık ve laparoskopik cerrahide kullanılabilir.
4. Kartuşun üzerinde en az 6 (altı) adet klip bulunmalıdır.
5. Klip tam kapanma sağlayan "kayık şekilli" yapıda olmamalıdır.
6. Klipin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
7. Klip üzerinde aplikatöre rahatlıkla oturan ve klipin düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
8. Klip aplikatör üzerinde esneklik sağlayan yapıda olmamalıdır.
9. Klipler dayanıklı materyalden imal edilmiş olmalı, doku ve damarları kapatma esnasında veya sonrasında kırılma ve açılma yapmamalı, deformasyona uğramamalıdır.
10. Klipler radyotransparan olmalıdır, MR ve X-ray cihazlarının manyetik alanlarından etkilenmemeli ve bu uygulamalarda görünmez yapıda olmalıdır.
11. Klipler XL boy ebatlarında olmalıdır.
12. Kliplere teklif veren firma 2 (iki) adet 10 mm şaftı olan laparoskopik aplikatörü bedelsiz vermelidir. Klipler kullanıldığı sürece aplikatörlerde herhangi bir teknik problem gelişmesi halinde ilgili firma bu problemi bedelsiz gidereceğini taahhüt etmelidir.
13. Klipsler hastane ameliyathanelerinde bulunan olan aplikatörler ile uyumlu çalışmalıdır.
14. Steril paketli malzeme en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır.
15. Ürün takip sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.
16. Teklif veren firma numune vermelidir.
17. Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
18. Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirilecektir.

  
Doç. Dr. Hakan Hakan  
Necmettin Erbakan Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.  
Dip. Tes. No: 5578

  
Doç. Dr. Yunus Emre GÖGER  
N.E.Ü. Merkezi Tıp Fak. Hast  
Üroloji Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 105585