

TEKL F STEME FORMU

stem No : 113803 14.04.2026
Alım No : : 26/674
Talep Eden Birim : ÇOCUK YEN DO AN YO UN BAKIM ÜN TES
Konu : ÇOCUK YEN DO AN YO UN BAKIM ÜN TES Ç N 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 21.04.2026 14:00

HT YAÇ L STES

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TRENDELENBURG (KÜVÖZ C H. Ç N)			1,00	ADET		

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DAR ARTNAME HÜKÜMLER N OLU TURMAKTADIR.
DO RUDAN TEM N ALIMLARINDA TEKL F VEREN F RMALAR DAR ARTNAMEDEK HUSUSLARI KABUL ETM SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi se yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli ka ıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve ka eleaçık bir ekilde yazılmı olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Do rudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlı ının belirlemiş oldu u ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN
BAKIM ÜNİTESİ KÜVÖZ CİHAZI İÇİN PARÇA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ünitesinde bulunan 1 (bir) adet marka ERTUNÇ ÖZCAN marka MAGIC LOGGIA ULTIMATE model KÜVÖZ cihazı için TRENDLENBURG TAKIMI (SAĞ VE SOL) 1 ADET) alınacaktır.
2. Teklif edilecek parça ERTUNÇ ÖZCAN marka MAGIC LOGGIA ULTIMATE model cihazla tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
3. Teklif edilen parça, sıfır, orijinal parça olmalıdır.
4. Teklif edilen parça cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
5. Teklif edilen parça hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
6. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
7. Teklif edilen parça ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.
9. Teklif edilen ürünler 1 (bir) yıl garantili olacaktır.

Doç. Dr. Nuriye EMİROĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neoroloji B.D.
Dip. Tes. No: 95208

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Çocuk Sağ. ve Hast. Neoroloji B.D.
Dip. Tes. No: 99258