

## TEKLİF TEKLİF FORMU

Form No : 113838  
Alım No : 26/676  
Talep Eden Birim : HEMODİYALİZ ÜNİTESİ  
Konu : HEMODİYALİZ ÜNİTESİ ÇİFT NÖLÜM KALEM MALZEME ALIMI  
Son Teslim Tarih & Saat : 22.04.2026 14:00

14.04.2026

## HT YAĞLI STES

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	YUMAŞATICI REÇNE			300,00	LİTRE		

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DARI ARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
DÖRÜDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR DARI ARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce satınalma birimine teslim edilecektir.
- Numune istenmi ise yine son teklif teslim saatinden önce satınalma birimine teslim edilecektir.
- Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, kdv hariç, imza ve kağıtlar açık bir şekilde yazılmalı olarak verilecektir. Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- DöRüdan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- Ödemeler : 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT: Teknik şartnamesi ektedir. (1 sayfa)

## REÇİNE ŞARTNAMESİ

- Kuvvetli asidik katyon deęiřtirici tip reçine olacaktır
- TSE belgesine sahip olacaktır.
- Granül formunda olacaktır.
- Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
- Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır
- Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
- Fonksiyonel grupları polystiren sülfanat olacaktır.
- Yükleme aęırlığı takriben 850 g/l olacaktır.
- Spesifik çekim , nem Na<sup>+</sup> formunda 1.27 olacaktır.
- Toplam deęiřtirme kapasitesi , Na<sup>+</sup> formunda,ıslak,volumetrik 1.9 eq/l min olacaktır
- Toplam deęiřtirme kapasitesi , Na<sup>+</sup> formunda,kuru,kütlesel 4.5 eq/l min olacaktır.
- pH aralıęı 0-14 arası olacaktır.
- Yüklenici firmanın TSE 12426 , ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 18001 belgeleri bulunmalıdır.
- Yüklenici firma sistemdeki reçine minaralinin deęiřimini de yapacaktır,deęiřim esnasında oluşabilecek olumsuzluklardan yüklenici firma sorumludur.
- Yüklenici firma en az Altı (6) yıl garanti vermelidir.

Yakup KÖŞGER  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Tıbbi Fizyoloji ve Kardiyoloji Merkezi  
Kardiyoloji Uzmanı



Prof. Dr. Zeki T. ÖZÜL  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Tıbbi Fizyoloji ve Kardiyoloji Merkezi  
Kardiyoloji Uzmanı

