

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 111613 20.01.2026
Alım No : 26/72
Talep Eden Birim : ACİL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Konu : ACİL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 04.02.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	OKSİJEN SENSÖR (CARE FUSION AVEA VENT.CİH.İÇİN)			5,00	ADET		
2	OKSİJEN SENSÖR (DRAGER EVITA XL VENT.CİH.İÇİN)			5,00	ADET		
3	OKSİJEN SATURASYON PROBU ÇOK KULLANIMLIK (YETİŞKİN)			30,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(3 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

AVEA VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN OKSİJEN SENSÖR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sensör hastane bünyesinde kullanılan AVEA Care Vision marka ventilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Oksijen sensörü yenidoğan-pediyatrik ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalı ve değişim gerekmemektedir.
3. Oksijen sensörü hastaya giden havadaki oksijen konsantrasyonu ölçüp ,cihaz monitöründe göstermesine olanak sağlamalıdır.
4. Sensör üzerinde seri numarası ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
5. Sensör teslim edildikten sonra en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
6. Sensör tek bir orijinal paket ile sunulmalıdır.
7. Paket üzerinde firmanın adı , parça numarası ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
8. Teklif veren firma avea ventilatörüne servis verme yetkisine sahip olduğunu belgelendirmelidir.
9. Üründe uluslararası standardı gösterir TSE belgesi olmalıdır.
10. Numune verilmelidir
11. Firmanın getirdiği numune hastanemizin Teknik Servisi elemanı eşliğinde cihaza takılıp denenecektir.
12. Sensörün cihazda meydana getirdiği arıza durumunda ,teklif veren firmanın bölümdeki cihazlara müdahale yetkisine sahip olduklarını gösterir Teknik Servis Eğitim sertifikalarını sunmalıdır.

Dip. Tes. No: 59837-63494
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Prof. Dr. Sedat KOÇAK

Prof. Dr. A. Serkan GİRİŞGİN
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 93-775
İht. No: 51478-68233

HASTABAŞI MONİTÖR (SPO2)PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. SPO2 probu hastanede bulunan aşağıda bilgileri olan cihazlara uyumlu klinik tarafından ölçümün doğruluğu tespit edildikten sonra karar verilecektir.
2. SPO2 probu ara kablo hariç en az 90(±5)cm boyunda olmalı ve probalar ara kablosuyla beraber teslim edilmelidir.Toplamda en az 240 cm boyu olmalıdır.
3. SPO2 probu alt parçası yanlarda yuklarıya doğru yükselti yaparak ışık almayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4. SPO2 probunun kenar kısımları ışık geçirmemesi için kapalı olmalıdır.
5. SPO2 probu tek ve çift çentikli 7 pin veya 8 pin girişli SPO2 ara kablosu ile çalışabilmeli
6. SPO2 probu çift mekanizmalı olmalıdır.
7. Probun ölçüm esnasında herhangi bir kayba neden olmamalı
8. Prob kolayca temizlenebilir yapıda dayanıklı sık dezenfeksiyona uygun olmalıdır.
9. Prob takıldıktan sonra probun çıkmasını önleyici plastikten yapılmış kapağı olmalıdır.
10. Hastanede bulunan GE marka B40 Model hastabaşı monitörlerine uyumlu olmalıdır.
11. Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve uygunluk almalıdır.
12. Garanti süresi en az 1 yıl olmalıdır.
13. Malzemeler orijinal ambalajında üzerinde tanıtıcı bilgiler içeren etiketli olarak teslim edilecektir.
14. Probun hastadan çıkarılması ve takılması kullanıcıyı zorlamadan kolayca yapılabilmelidir.
15. Prob yetişkin hastalarda kullanımlarda parmak üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olmayacak yapıda olmalıdır.
16. Konektör dizaynı ve kablo materyalleri yıpranma ve bükülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
17. Prob parmağa kolayca takılıp çıkartılabilen mandal tipinde sağ ve sol yanıl alanlarında parmağın hava almasına izin verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
18. Prob üzerinde kırmızı renkte ışık sensörü bulunmalıdır.
19. Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve uygunluk almalıdır.

Prof.Dr.A.Sadık GİRİŞGİN
N.E.Ü.Meram Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 93-775
İht. No: 51478-68233

Prof. Dr. A. Sadık KOCAK
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 93-775
İht. No: 51478-68233

OKSİJEN SENSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oksijen sensörü hastanemiz bünyesinde kullanılan Drager marka ventilatör cihazların uyumlu olmalıdır.
2. Sensör tek bir orijinal paket ile sunulmalıdır.
3. Sensör yenidoğan-pediyatrik ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalı ve değişimi gerekmemelidir.
4. Sensör üzerinde (paketten hariç olarak) seri numarası ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
5. Teklif edilen sensör en az 1 (bir) yıl miyadlı olmalıdır.
6. Sensör kimyasal yapıya sahip olmalıdır.
7. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası ve son kullanma tarihi, seri numarası belirtilmiş olmalıdır.
8. Numune verilmelidir.

Prof.Dr.A.Sadık GİRİŞGİN
N.E.Ü.Meram Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 93-775
İht. No: 51478-68233

Prof.Dr. Sadık KOÇAK
N.E.Ü. Meram T. Fak. Hast.
Acil Tıp B. D.
Dip. Tes. No: 59887 - 63494