

TEKL F STEME FORMU

stem No : 114328
Alım No : : 26/793
Talep Eden Birim : GÖZ HASTALIKLARI SERV S
Konu : GÖZ HASTALIKLARI SERV S Ç N 1 KALEM H ZMET ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 13.05.2026 14:00

04.05.2026

HT YAÇ L STES

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	OTOKLAV C HAZI TAM R BAKIM ONARIMI	(AMEL YATHANEM ZDE KULLANMAKTA OLDU UMUZ ELARA 11 MODEL OTOKLAV C HAZ Ç N)		1,00	ADET		

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DAR ARTNAME HÜKÜMLER N OLU TURMAKTADIR.
DO RUDAN TEM N ALIMLARINDA TEKL F VEREN F RMALAR DAR ARTNAMEDEK HUSUSLARI KABUL ETM SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi se yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli ka ıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve ka eleaçık bir ekild yazılmı olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Do rudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler : Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlı ının belirlemiş oldu u ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:ELARA 11 TUTTNAUER Marka, ELARA 11-W-D model 19010261 seri numaralı 1 (bir) adet FLASH OTOKLAV cihazı vakum testinden geçmemektedir. Kapak açık hatası vermektedir. Kapak contasının de işmesi gerekmektedir. Cihazların ısıtma ve sterilizasyon sürelerinin kontrol edilip, genel bakım ve kalibrasyonunun yapılması gerekmektedir.