

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

İstem No : 114790

22.05.2026

Alım No : 26/900

Talep Eden Birim : GENEL CERRAHİ SERVİSİ

Konu : GENEL CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI

Son Teslim Tarih & Saat : 02.06.2026 10:00

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ENDOSKOPIK HORTUMLU IRRIGASYON VE ASPIRASYON SETİ 5 MM		OR2990 - 28	100,00	ADET		
2	ENDO CLİP M/L		OR2970 - 100	100,00	ADET		
3	ENDOSKOPIK GRASPER (5 MM)		OR2920 - 74	20,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR. DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilat yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme

teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

- NOT:
- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
  - 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
  - 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
  - 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
  - 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

**DISPOSABLE ENDOSKOPIK İRRİGASYON VE ASPİRASYON SİSTEMİ 5 MM  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sisteminin şaftı 5 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sistemi tutaç, şaft, aspirasyon-irrigasyon hortumlarından oluşmalı ve aynı steril paket içinde bağlantıları yapılmış halde hazır bulunmalıdır.
5. Paket şeffaf ambalajlı olmalı ve bu sayede paket içerisindeki ürünün kırık, ezik hasar vb. kusurları varsa paketin açılmasına gerek kalmadan dışarıdan görülenmelidir.
6. İrrigasyon-aspirasyon hortumu, sıvı akışını zorlaştıracak kırılğan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
7. Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sistemindeki şaftın uzunluğu 34 ( ± 1 ) cm olmalıdır.
8. Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sistemi tutacı üzerinde irrigasyon ve aspirasyon işlemlerini kumanda etmek için harfleri ile işaretlenmiş 2 adet buton olmalıdır.
9. Butonlara basıldıktan sonra baskı ortadan kaldırılınca butonlar basılı halde takılmamalı, kendiliğinden eski konumuna gelmelidir.
10. Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sisteminde şaftın ucunda irrigasyon ve aspirasyon işlemini hızlandıran delikler olmalıdır.
11. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
12. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
13. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
14. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
15. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı,teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Dr. Öğr. Üst. İsmail Ömer KİŞİ  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 179257

15.05.2026  
Dr. Öğr. Üst. ALP YARMAN  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 161323

## ENDOKLİP (M/L) 5MM

1. Ürünün tamamı disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Endoskopik klip atıcı 5 mm. çapında olmalıdır.
4. Klip atıcı 5/15mm'lik trokar ile kullanıma uygun olmalıdır.
5. Klip atıcının içinde otomatik olarak yüklenmiş orta/büyük (ML), 20 adet özel **TiGold®** teknolojisine sahip titanyum klip bulunmalıdır.
6. Klip atıcının ucu kliplerin düşmesini engelleyecek yapıda olmalıdır
7. Klip atıcının tetiğinin yarım sıkılmasıyla klip ağza yüklenmeli, tam sıkılmasıyla klip kapatılmalıdır.
8. Klip atıcı 360° rotasyon yapabilmelidir.
9. Klipin ucu rahat kullanım amaçlı olarak 15 ° açılı olmalıdır.
10. Klipler açık konumda iken 4,0mm kapandığında 8,8mm uzunluğunda olmalıdır.
11. Klipin açık konumdaki çene açıklığı 4,5mm olmalıdır.
12. Her klipin iç yüzeyinde ters yöndeki çentikler doku ve damar yapısının kaymasını önleyici yapıda olmalıdır.
13. Klip atıcının shaft uzunluğu 34cm olmalıdır.
14. Son 3 adet klip uyarıcı olarak mavi/mor renkte olmalıdır. Bu renkli kliplerin görülebilmesi için çene girintisi olmalıdır.
15. Klip atıcının shaftı, sağlamlık açısından parlama yapmayan (anti-glare) kaplamalı metalden yapılmış olmalıdır.
16. Steril pakette ve sterilizasyon bitiş tarihi yazılı olmalıdır.
17. Ürünün kendisi ve paketi lateks içermemelidir.
18. Steril paketli malzemenin 3 yıl miadı olmalıdır
19. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
20. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
21. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
22. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
23. Numune uzman ekip tarafından değerlendirildikten sonra kesin karar verilecektir.
24. Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirme garantisi verilmelidir.

15.05.2026

  
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kışi  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 179257

  
Dr. Öğr. Üyesi Alihan YARMAN  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 161323

## ENDOSKOPIK GRASPER 5 MM

- 1- Laparoskopik grasper endoskopik veya laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Laparoskopik grasperin shaft uzunluğu en az 30 cm olmalıdır.
- 3- Grasperlerin shaftının çapı 5 mm olmalıdır.
- 4- Çene uzunluğu en az 16 mm, çene açıklığı en az 18 mm olmalıdır.
- 5- Laparoskopik grasperin uç kısmı rahat kullanım açısından kullanıcının tercihine göre küt, çene iç yüzeyi atravmatik tırtıklı, timsah dişli, fare dişli, retrograd, maryland veya düz olmalıdır.
- 6- Laparoskopik grasper 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 7- Laparoskopik grasper tutacının ağız kısmı kademeli ve serbest kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 8- Kapandıktan sonra dokuyu bırakmayacak şekilde kilit mekanizması olmalıdır.
- 9- Shaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat renkli yalıtkan bir materyalle kaplanmış olmalıdır. Yalıtkan malzeme monopolar koter esnasında istenmeyen koterizasyona sebep olmaması için tutaçtan çenelerin en az eklemleri kısmına kadar kaplı olmalıdır.
- 10- Maryland grasperlerde ağız kısmı diseksiyon edici özellikte olmalıdır.
- 11- Ürünün tutaç kısmı dışardan görülecek şekilde vida ve bunun gibi parçalarla birleştirilmiş olmamalıdır.
- 12- Laparoskopik grasper shaftını kaplayan yalıtkan materyal vaka boyunca sürtünme ile yırtılmamalı ve shafttan ayrılmamalıdır.
- 13- Laparoskopik grasperin ağız operasyon süresi boyunca cerraha aynı performansı sağlamalıdır.
- 14- Malzemeler, steril, tek kullanımlık ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 15- Ambalajının üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.
- 16- Ürün takip sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.
- 17- Teklif veren firmalar numune vermelidir.
- 18- Numune uzman ekip tarafından denendikten sonra kesin karar verilecektir.
- 19- Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirilecektir.

**Dr. Öğr. Üyesi Ömer KİŞİ**  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 179257

15.05.2026

**Dr. Öğr. Üyesi İsmail YARMAN**  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 161323