

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

Istem No : 114820
Alım No : 26/915
Talep Eden Birim : AĞRI (ALGOLOJİ) SERVİSİ
Konu : AĞRI (ALGOLOJİ) SERVİSİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 03.06.2026 10:00

01.06.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	EPIDURAL İĞNE 18G		AN1080 - 74	100,00	ADET		
2	STİMPLEX A 100		AN1110 - 96	300,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirim aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirim yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâyoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde

tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDİR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

PERİFERİK SİNİR BLOK İĞNESİ (A-100) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Özel izole edilmiş teflon kaplı olmalıdır.
2. Sinir lokalizasyonu için oldukça ince uçlu (atravmatik) olmalıdır.
3. Girişim sırasında ciltten geçerken iğne ucu bozulmamalıdır.
4. İğnenin ucundan tek noktadan ileti verilmelidir. (Pinpoint elektrodlü olmalıdır).
5. Ponksiyon kanülü stimuplex cihazına uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon ve aspirasyon için kullanımına uygun olmalıdır.
6. Kanül 21 G (0,8 x100 mm) olmalıdır.
7. 2 adet cihazın ihale uhdesinde kalan firma tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
8. Alım numune denenerek, onay ile yapılacaktır.

Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anestezi ve Rean. A. D. Ağrı B. D.
Dip. Tes. No: 7712

Prof. Dr. Sema TÜRKER UZUN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anes. ve Rean. A. D. Ağrı B. D. Bşk
Dip. Tes. No: 60196

EPİDURAL İĞNE 18 G TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Atraumatik tuohy bileyli olmalıdır.
- Güvenli uygulama için ergonomik tutma aparatı olmalıdır.
- Şeffaf kilit bağlantılı olmalıdır.
- İğne üzerinde 1 cm'lik uzunluk işaretleri olmalıdır.
- Renk kodlu mandrenli olmalıdır.
- Çap G Uzunluk
1.3 mm 18 G 80 mm
- Kullanım klavuzu ve 7 veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce,Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi,lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

Prof. Dr. Kuluhan REİSLİ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon A.B.D. Ağrı B.D.
Dip. No: 9712

Prof. Dr. Semih TUNÇER UZUN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Anes. ve Rean. A.B.D. Ağrı B.D. Bşk.
Dip. No: 60696