

TEKL F STEME FORMU

stem No : 114628 **23.06.2026**
Alım No : : 26/922
Talep Eden Birim : GENEL CERRAH SERV S
Konu : GENEL CERRAH SERV S Ç N 1 KALEM DAYANIKLI TAŞINIR ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 29.06.2026 14:00

HT YAÇ L STES

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KAFA LAMBASI C HAZI			1,00	ADET		

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DAR ARTNAME HÜKÜMLER N OLU TURMAKTADIR.
DO RUDAN TEM N ALIMLARINDA TEKL F VEREN F RMALAR DAR ARTNAMEDEK HUSUSLARI KABUL ETM SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi se yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli ka ıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve ka eler açık bir ekilde yazılmı olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Do rudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler : 30 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

ÇİFT LED GÖLGESİZ ODAKLI AYDINLATMA ŞARTNAMESİ

- * Ayarlanabilir parlaklık, maksimum 100.000lux olmalıdır.
 - * Gözlükle kullanılabilir olmalıdır.
 - * C-Band ayarlanabilir ergonomik iskele olmalıdır
 - * Baş Bölgesinde Sadece 2 Temas Noktası bulunmalıdır
 - * Kablosuz olmalıdır
 - * 12 saate kadar çalışma süresi, 90 dakika tam dolu şarj süresi olmalıdır
 - * Li-ion Şarj edilebilir pil, şarj standı ve 1 adet yedek batarya paket dahilinde olmalıdır
 - * Beyaz soğuk ışık kaynağı, gün ışığı ve daha koyu ışık için eklenebilir 2 farklı renkte toplam 4 adet ışık kaynağı kapağı olmalıdır.
 - * Led kaynağının aşağı yukarı tek hareket ile açıp kapama fonksiyonu olmalıdır.
 - * 6 Farklı Numaralı Mercek Seçeneği (1x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.0x ve 3.5x) bulunmalıdır.
 - * HD Kamera OPSİYONEL olmalıdır
 - * Kişiyeye özel ayarlanabilir teleskobik loupe 2.5X ve 4.0X OPSİYONEL olmalıdır.
 - * IPD 56-72mm aralığında loupe seçebilme OPSİYONEL olmalıdır.
 - * Ağırlık 104g olmalıdır
- Ürün Kutu İçeriği: Kafa lambası, şarj aleti, 2 adet lityum iyon pil, 2 farklı renkte ışık filtresi, doktorun talep ettiği numarada 1 adet mercek bulunmalıdır
- *Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı olmalıdır.
 - *Teklif veren firmalar numune vermelidir.
 - *Numune uzman ekip tarafından değerlendirildikten sonra kesin karar verilecektir.
 - *Malzemeyle ilgili tüm sorunlarda yüklenici firma tarafından aynı özellikteki malzemeyle değiştirme garantisi verilmelidir.

11.05.26

Dr. Öğr. Üyesi **YARHAN**
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 161323

11.05.26

Dr. Öğr. Üyesi **ÖZEL KİŞİ**
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 179257