

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 114641 08.06.2026
Alım No : 26/948
Talep Eden Birim : KAN MERKEZİ LABORATUVARI
Konu : KAN MERKEZİ LABORATUVARI İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 15.06.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	İNDİKATÖRLÜ ETİKET (KAN İŞİNLAMA CİHAZI İÇİN)			10.000,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

KAN IŞINLAMA CİHAZI İÇİN İNDİKATÖRLÜ ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-) Malzeme etiket şeklinde olup radyasyona duyarlı özel bir film içermelidir.
- 2-) Işınlanacak kan torbasının üzerine yapıştırılan indikatör, ışınlamanın tam ve eksiksiz yapıldığını görsel olarak ispatlamalıdır.
- 3) Kan torbası, yeterli doz ışın aldığıında indikatörün film bölümünde yer alan bölge tam olarak kararmalıdır.
- 4-) İndikatörler üzerinde belirtilen raf ömrü sonuna kadar ışınlanmadan saklanma aşamasında, ışınlama dışında başka ışık kaynaklarından etkilenmemelidir.
- 5-) İndikatörün yapışkan özelliği yüksek olmalı, torbanın üzerinden kolayca sökülmemeli ve kendiliğinden düşmemelidir.
- 6-) Disposable olmalı, etiketler ısıya duyarlı olmalı, ufak tefek çiziklerle renk değişikliği olmamalı, etiket kağıdı kaliteli ve en az iki yıl miyatlı olmalıdır. İhaleye çıkılan etiketlerin kullanım süresince, miadı 4 ay kalanlar yeni miatlısıyla değiştirilmelidir.
- 7-) 25 Gy'a duyarlı olmalı, üretildiği ülkenin standart belgesi (fda,tse gibi) ISO 9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.
- 8-) Daha önce denenmiş etiketler için yüklenici deneme amaçlı 20 adet ışınlama etiketini numune olarak getirmelidir. Numune denemesi yapıldıktan sonra uygun olup olmadığına karar verilecektir.


Prof. Dr. Cihan DEMİRCİOĞLU
N.E.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 15745


Dr. Murat TATKAN
N.E.Ü.T.F. Hast. Kan Merk.
Dip. Tes. No: 106229