

TEKL F STEME FORMU

stem No : 113436
Alım No : : 26/614
Talep Eden Birim : KALP DAMAR CERRAH AML. DEPOSU
Konu : KALP DAMAR CERRAH AML. DEPOSU Ç N 3 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 03.04.2026 10:00

01.04.2026

HT YAÇ L STES

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	P GTA L KATETER 6F		GR1001 - 228.	30,00	ADET		
2	D AGNOST K KATETER 6F P G		GR1001 - 228.	30,00	ADET		
3	NTRADUCER SHEAT 7F		KR1061 - 96.3	200,00	ADET		

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DAR ARTNAME HÜKÜMLER N OLU TURMAKTADIR.
DO RUDAN TEM N ALIMLARINDA TEKL F VEREN F RMALAR DAR ARTNAMEDEK HUSUSLARI KABUL ETM
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi se yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli ka ıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve ka eler açık bir ekilde yazılmı olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazılmı ekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sa lık Bakanlığı ı laç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu do ru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ili kin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sa lık Bakanlığı ı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerlili i olmadı ı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, olu acak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci ba latılmı veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci ba latılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim a masında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini a masında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu i lemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu?na fatura edilmesinde zorunlu oldu undan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen i lemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilat yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynı olmak zorundadır.
- 11, Do rudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin T TUBB sisteminde Sa lık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldı ı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla e le tirilmı olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve T TUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama i lemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/i lem tarihinde tanımlı oldu u halde sonraki dönemlerde tanımlanan listede kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmi olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-F RMALARIN TEKL FLER NDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAY L K BELGELER N VERMELER MECBUR D R.
- 2-F RMALARIN TEKL F ETT KLER ÜRÜNLER N SGK VE SA LİK BAKANLI İ ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.

13- ntraducer sheat 6 Fr,7 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 11 Fr /0.35 inch/40cm J type guide wire ile kullanılabilmelidir.

14- ntraducer sheat guide wire özel bir kılıf içerisinde olup tek parmakla ilerletmeye uygun olmalıdır.

15- ntraducer sheat a a ıdaki parçalardan oluşmalıdır:

Bir adet sheat with valve

Bir adet seldinger i nesisi

Bir adet guide wire

Bir adet dilatatör

16- ntraducer sheat steril tekli ve blister pakette olmalıdır.

17- ntraducer sheat steril paketi üzerinde; son kullanım tarihi, sterilizasyon ekli, barkod numarası, lot numarası ve üretici firma bilgileri olmalıdır.

18- En az 18 ay miadlı olmalıdır.