

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 113772
Alım No : 26/686
Talep Eden Birim : ANJİO (HEMODİNAMİ) ÜNİTESİ
Konu : ANJİO (HEMODİNAMİ) ÜNİTESİ İÇİN 27 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 17.04.2026 10:00

15.04.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
2	BALON 1.5X20 MM		KR1123 - 625	10,00	ADET		
3	BALON 2.0X9 MM		KR1123 - 625	20,00	ADET		
4	BALON 2.0X15 MM		KR1123 - 625	30,00	ADET		
5	BALON 2.0X20 MM		KR1123 - 625	40,00	ADET		
6	BALON 2.0X22 MM		KR1123 - 625	10,00	ADET		
7	BALON 2.0X25 MM		KR1123 - 625	20,00	ADET		
8	BALON 2.0X30 MM		KR1123 - 625	15,00	ADET		
9	BALON 2.25X12 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		
10	BALON 2.25X15 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		
11	BALON 2.25X20 MM		KR1123 - 625	10,00	ADET		
13	BALON 2.5X20 MM		KR1123 - 625	30,00	ADET		
14	BALON 2.5X22 MM		KR1123 - 625	10,00	ADET		
15	BALON 2.5X25 MM		KR1123 - 625	20,00	ADET		
16	BALON 2.75X9 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		
17	BALON 2.75X22 MM		KR1123 - 625	10,00	ADET		
18	BALON 2.75X25 MM		KR1123 - 625	10,00	ADET		
19	BALON 3.0X9 MM		KR1123 - 625	10,00	ADET		
20	BALON 3.0X20 MM		KR1123 - 625	10,00	ADET		
21	BALON 3.0X22 MM		KR1123 - 625	10,00	ADET		
22	BALON 3.0X25 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		
23	BALON 3.0X30 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		
24	BALON 3.5X25 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		
25	BALON 3.5X30 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		
26	BALON 4.0X25 MM		KR1123 - 625	3,00	ADET		
27	BALON 4.5X9 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		
28	BALON 4.5X12 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		
30	BALON 4.5X20 MM		KR1123 - 625	5,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR. DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan

KORONER BALON

1. Balon kateter Monoroil (Rapid Exchange) sistem, semi-compliant, her iki ucunda radyoopak iřareti (küçük kullanımlarda tek marker olabilir) ve katlanma sayısı 3mm balon için en az 3 olmalıdır.
2. Sürtünmenin azalması için Distal uç ve proximal shaft'ın en az 30cm'lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır.
3. Deflasyonda eski ölçüsüne inebilmelidir.
4. Kateter boyu 140 cm veya üzerinde olmalı, proximal shaft kalınlığı en çok 2F, Distal shaft kalınlığı en çok 2.7F olmalıdır.
5. Flexible corrugated shaft dizaynına sahip olmalı, yüksek itiş, geçiş ve çapraz lezyon itilebilirliği çok yüksek olmalıdır.
6. Kateter proximal destek verici olmalı, ancak kırılma özelliği bulunmamalıdır.
7. Kateterin içinden 0.014" guidewire kolayca geçebilmelidir.
8. Balon 6-8 atmosferde nominal ölçüye varmalı, ratedburstpressure asgari 16 atmosfer olmalıdır.
9. Balon kateterler steril paketler halinde ambalajlanmış olmalıdır.
10. Görünürlüğü iyi olmalı
11. "Pushability" ve trackability" si iyi olmalı
12. Genişlemesi güvenilir olmalı
13. Guidewire üzerinde kolaylıkla ilerletilebilmelidir
14. Balon Çapı 1,5 cm – 4,5cm 5,0cm deęişkenlik, uzunluk ise 9 mm den başlayıp – 30 mm kadar çeşitlilikte olmalıdır. (± 1) Balon uzunluęunda ara boyutlar en fazla 5 mm olmalıdır, ara ebat çeşitlilięi balon seçiminde dikkate alınacaktır.
- 16: Firma katalogunda bulunan her size balon için 5 er adet balon bulundurulmalıdır.
- 17: Teklif verecek firmalar 2 adet numune getirmelidirler.
18. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 18 ay kullanım süresi olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İana ŞAHİN
N.E.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 203912187524

Doç. Dr. Ahmet Lütfü SAKAL
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 156675

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1962