

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

İstem No : 113985  
Alım No : 26/703  
Talep Eden Birim : ORTOPEDİ SERVİSİ  
Konu : ORTOPEDİ SERVİSİ İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIM  
Son Teslim Tarih & Saat : 21.04.2026 10:00

17.04.2026

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

Sıra No	Malzeme-Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SHAVER UCU 5.0 MM (ULTRA AGRESİF)		AE2340 - 180	5,00	ADET		
2	SHAVER UCU 4.0 MM (ULTRA AGRESİF)		AE2340 - 180	5,00	ADET		
3	SHAVER UCU 3.5 MM (ULTRA AGRESİF)		AE2440 - 186	5,00	ADET		
4	ARTROSKOPİK SÜTUR GEÇİRİCİ		AE2250 - 240	6,00	ADET		
5	SHAWER BUR UCU (SİLİNDİR UÇLU)		AE2440 - 186	5,00	ADET		
6	SHAWER BUR UCU (TOPUZ UÇLU)		AE2440 - 186	5,00	ADET		

**N OT:TEKNİK ŞARTNAMESLERİ İNCELEYİP DÖNÜŞ YAPINIZ**


AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARI ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARI ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirim aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirim yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.

## TIRAŞLAYICI BURR UÇLARI DÜZ, STANDART

- Round ve barrel burr uç çeşitleri olmalıdır.
- Burr uç çapları 2mm, 3mm, 4mm ve 5.5 mm olmalıdır.
- Kemik, kırık ve osteokondroz debridman ve osteofitler için round burr, akromiyoplasti ve noçplasti sırasında kemik ve kırık rezeksiyonu için barrel burr kullanıma uygundur.
- Çeşitleri renk kodlarıyla tanımlanmış olmalıdır.

  
Dr. Öğr. Üyesi Keysel Başbuğ  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.  
Diyar. Tes. No: 130469

  
Doç. Dr. Haluk YAKA  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.  
Diyar. Tes. No: 167381

## ARTROSKOPİK SUTUR GEÇİRİÇİ (LASSO)

1. Rotator Cuff lezyonlarında kullanıma uygundur.
2. Keskin ucu sayesinde fibröz dokulardan kolayca geçebilmektedir
3. 6 mm. kanülle kullanıma uygun çaptadır.
4. Sap dizaynı sayesinde, uç kısmı kontrol edilebilir.
5. Artroskopik kullanıma uygundur.
6. Sütürü dokulardan geçirebilmek için dizayn edilmiştir.
7. Düz, 35 derece yukarı, 45 derece sağ ve sola açılı seçenekleri vardır.
8. 134 derece sıcaklığa dayanıklıdır.
9. CE belgesi sahiptir.

  
Dr. Öğr. Uyesi Versel RAŞBUĞ  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.  
Dip. Tes. No: 130469

  
Dr. Öğr. Haluk YAKA  
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.  
Dip. Tes. No: 167381