

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 114276
Alım No : 26/725
Talep Eden Birim : KARDİYOLOJİ SERVİSİ
Konu : KARDİYOLOJİ SERVİSİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat : 27.04.2026 10:00

22.04.2026


İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	EKG KAĞIDI Z KATLI (210X140) (NİHON KOHDEN ECG3350 İÇİN)			200,00	ADET		
2	PREZERVATİF SONDA (M)		OR1280 - 3	10,00	ADET		
3	PREZERVATİF SONDA (L)		OR1280 - 3	10,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR. DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı



SMT1157 SONDA, PREZERVATİF

SMT Temel İşlevi:	1. Mesane kateterizasyonu sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Nontoksik, antialerjik silikon veya lateksten yapılmış olmalıdır. 3. Sonda ebatları; 20-25 mm(küçük), 25 - 30 mm(orta),ve 35 - 40 mm, (büyük) olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Prezervatif sondanın cilde yapışmasını sağlayan tahrişi önleyici jel şeklinde tüp yapıştırıcısı olmalı ya da yapışkan şeridi olmalıdır. 5. Prezervatif sondanın yapışkan şeridi dokunun dolaşımını engellememelidir. 6. Prezervatif sondanın yapışkan şeridi/jeli sonda ile cilt arasında içten hem cilde hem de sondaya yapışmalı ve yapışkanlığını uzun süre koruyabilmelidir. 7. Prezervatif sonda ciltte oluşabilecek nemi içerisine emebilmeli ve cildin kullanım süresince kuru kalmasını sağlamalıdır. 8. Yapışkan şerit elastik olmalı, kopmamalı ve idrarın geri dönüşünü engellemelidir. 9. Prezervatif sondanın uç kısmı idrarın rahatlıkla dışarı atılmasını sağlamalı ve kıvrılıp kırılmamalıdır. 10. Prezervatif sondanın uç kısmı idrar torbasının uç kısmı ile uyumlu olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Doç. Dr. Ahmet Lütfü SERTDEMİR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 156075

Doç. Öğr. Üyesi Ahmet Yaka ŞAHİN
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No 203912 167524

Handwritten marks and symbols in the top right corner, possibly a date or initials.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower middle section of the page.


Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right section of the page.

**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EKG
KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- HASTANEMİZ GENELİNDE KULLANILAN NİHON KOHDEN MARKA ECG 3350 MODEL EKG CİHAZINA TAM UYUMLU OLMALIDIR.
- EKG KAĞITLARI TERMAL (ISIYA DUYARLI) KAĞIT OLMALIDIR.
- KAĞIT Z KATLI FORMATINDA OLMALIDIR.
- KAĞIT ÖLÇÜLERİ 210 MM*140 MM OLMALIDIR. KAĞIT BOYUTU EN AZ 3 METRE UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
- TERMAL EKG KAĞITLARI EKG CİHAZLARI TARAFINDAN YAZILAN DATALARI EN AZ 2-3 YIL ARASI SİLİNMEYEN KORUMALIDIR.
- KAĞIT GRİDLİ OLMALIDIR.
- ÜRÜNÜ TEMİN EDEN FİRMA, KAĞITTAN DOLAYI TERMAL BAŞLIĞA ZARAR GÖRMESİ DURUMUNDA, CİHAZIN ONARIM-DEĞİŞİM GİBİ MADDİ HASARLARINI KARŞILAMAYI TAAHÜT ETMELİDİR.
- ÜRÜN İÇİN NUMUNE GÖRÜLECEKTİR. NUMUNELER DENENDİKTEN SONRA UYGUNLUK VERİLECEKTİR.

Doç. Dr. Ahmet Lütfü SERTDEMİR
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 156675

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre YAVUZ
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 149527



Dr. J. H. ...
...
...

Dr. J. H. ...
...
...