

## TEKL F STEME FORMU

stem No : 114720 **22.05.2026**  
Alım No : 26/898  
Talep Eden Birim : KALP DAMAR CERRAH AML. DEPOSU  
Konu : KALP DAMAR CERRAH AML. DEPOSU Ç N 1 KALEM MALZEME ALIM  
**Son Teslim Tarih & Saat : 01.06.2026 10:00**

## HT YAÇ L STES

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ADEZYON ÖNLEY C JEL 4 ML		OR4120 - 1270	15,00	ADET		

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DAR ARTNAME HÜKÜMLER N OLU TURMAKTADIR.  
DO RUDAN TEM N ALIMLARINDA TEKL F VEREN F RMALAR DAR ARTNAMEDEK HUSUSLARI KABUL ETM  
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi se yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli ka ıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve ka eler açık bir ekilde yazılmı olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazılmı ekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu do ru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ili kin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sa lık Bakanlı ı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayiilik kaydı, EC/CE sertifika geçerlili i olmadı ı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, olu acak kurum zarar konu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci ba latılmı veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci ba latılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim a masında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini a masında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu i lemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu oldu undan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen i lemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilölüne gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Do rudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin T TUBB sisteminde Sa lık Bakanlı ı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldı ı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla e le tirilmı olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve T TUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama i lemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/i lem tarihinde tanımlı oldu u halde sonraki dönemlerde tanımlanan listede kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmi olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

## NOT:

- 1-F RMALARIN TEKL FLER NDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAY L K BELGELER N VERMELER MECBUR D R.
- 2-F RMALARIN TEKL F ETT KLER ÜRÜNLER N SGK VE SA LİK BAKANLI İ ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKL FLER DE ERLEND RMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA U RAMASI DURUMUNDA LG L F RMAYA ÖDEME

YAPILMAYACAKTIR.

5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAK NAK T DURUMUNA GÖRE,MAL YE BAKANLI ININ BEL RLEM OLDU U ÖDEME PLANI ÇERÇEVES NDE YAPILACAKTIR.

...../...../2026 ve ...../...../2026 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmi tir..... Firma teklif vermi tir.

.SIZDIRMAZLIK SA LAYICI VE ADEZYON ÖNLEYICI 4 ML (COSEAL) TEKNİK ÖZELLİKLER

(12.05.2026 / 114720)

- 1- Ürün iki sentetik polietilen glikol, bir seyreltilmi hidrojen klorür solüsyonu ve bir sodyum fosfat/ sodyum karbonat solüsyonundan oluşmaktadır.
- 2- Ürün fizyolojik olup, toksik etki yaratmaz. Gluteraldehit içermemektedir.
- 3- Oda sıcaklığında saklanabilmektedir, paket içerisinde hazırlama ve uygulama aparatlarını içermektedir.
- 4- Ürün kutusunun içinden çıkan aplikatör, ürünün uygulaması sırasında 5 saniyelik duraklamalar verilmesi halinde tıkanma olasılığını ortadan kaldırma özelliğinde olup, pistonun hızla itilmesi halinde ürünün koni biçiminde spreylenebilmesini sağlayabilmektedir.
- 5- Ürün 4ml formundadır.
- 6- Ürün spreylenecek geniş yüzeylere uygulanabilmektedir. Firma sprey cihazı tedarik edebilmektedir. Ürünün geniş yüzeylere sprey cihazı ile spreylenebilmesini sağlayan uygun aplikatörleri bulunmaktadır.
- 7- Ürün 60 saniyede polimerize olur ve güçlü sızdırmazlık özelliğine sahiptir.
- 8- Ürün hem vasküler sızdırmazlık hem de antiadezyon (yapışıklık önleme) özelliklerine sahiptir.
- 9- Ürün polimerize olduktan sonra damar hareketleri ile uyumlu esnek bir yapıya sahiptir.
- 10- Ürün, hava kaçaklarını önlemek amacıyla sütür ve stapler hattına uygulanabilmektedir.
- 11- Ürün effaf olup, uygulama esnasında ve sonrasında uygulama hattının gözlenebilmesini sağlayabilmektedir. Üzerine tekrar sütür uygulanabilmektedir.
- 12- Damar anastomozları etrafındaki sütür hatlarına tek başına sızıntı önleyici olarak uygulanabilmektedir.
- 13- Kalp ve abdomino pelvik yüzeylere uygulanarak yapışıklık önleyici (antiadhesive) özellikte de kullanılabilir.
- 14- Her türlü greftle uyumludur ve birlikte kullanılabilir.
- 15- Ürün 30 gün içinde rezorbe olmaktadır.
- 16- Ürünün SUT kodu bulunmaktadır ve ürünün SUT kodu alan tanımındaki bilgiler ile teknik özellikleri uyumludur.
- 17- Ürün OR4120 SUT koduna elemlidir.