

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 108535
Alım No : 25/1329
Talep Eden Birim : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Konu : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 05.09.2025 10:00

02.09.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	DEKONTAMİNASYON KİTİ			2.000,00	TEST		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde

tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

...../...../2025 ve/...../2025 Tarihleri arasında internette ve ilan panosunda ilan edilmiştir..... Firma teklif vermiştir.

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

DEKONTAMİNASYON VE KONSATRASYON KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dekontaminasyon ve konsatrasyon kiti, dekontaminasyon ve konsantrasyon yönteminin uygulanması için gerekli olan sodyum hidroksit + N-asetil-L-sistein gibi (NaOH+NALC) tüm malzemeleri içermelidir.
2. NaOH ve NALC için pH ve benzeri kimyasal özellikler tüberküloz çalışmaları için standartlara uygun olmalı, gerekli görülmesi halinde laboratuvarın istediği şekilde pH vb. ayarlamalar yapılabilirdir.
3. Kit içerisindeki tüpler ve şişeler yere düşürme, çarpma gibi nedenlerle kırılmayan, böylece içindeki hastalık etkenini çevreye bulaştırmayan yapıda olmalıdır.
4. Kit içerisindeki tüplerin ve şişelerin üzerinde tanımlanması (etiketi) olmalı, bu etiket bozulma belirtisi olan bulanıklaşma ve çökelti gibi oluşumların görülmesini engelleyemeyecek nitelikte şeffaf olmalıdır.
5. Kitle birlikte tüberküloz basili şüpheli balgam veya başka klinik örneklerin homojenize edilebileceği yeterli miktarda NALC verilecektir.
6. Ağır metallerin bağlanması amacı ile NaOH miktarı kadar %2.9 konsantrasyonda sodyum sitratdehidrat veya %2.6 konsantrasyonda sodyum sitratanhıroz solüsyonu verilecektir. Bu maddelerin konsantrasyonunda laboratuvarın talebi doğrultusunda değişiklik yapılabilirdir. Firma laboratuvarın uygun görmesi koşulu ile bu amaçla kullanılabilecek benzer kimyasallar önerilebilir.
7. Bütün kimyasalların konsantrasyon ve pH oranları laboratuvarın isteği doğrultusunda ayarlanabilmeli ve laboratuvarın isteğine uygun teslimat yapılmalıdır.
8. Kite birlikte polietilen, damlalıklı, kapaklı şişelerde nötralizasyon için fosfat tamponu bulunmalıdır. Şişeler, bozulma belirtisi olan bulanıklaşma, çökelti oluşması gibi olayları gösterecek şekilde şeffaf olmalıdır.
9. Kitler kullanıldıktan sonra kontamine tüplerin güvenli bir şekilde atılabilmesi için gerekli dezenfeksiyon sıvısı tüplere kolayca koymayı sağlayan polietilen, contalı vidalı kapaklı şişelerde teslim edilmelidir.
10. Tarif edilen her bir kit aşağıdaki belirtilen miktarlar üzerinden hesaplanacaktır:
 - 5 mg NALC
 - 50 ml fosfat tamponu
 - 10 ml %4 NaOH
 - 10 mL %2.9 konsantrasyonda sodyum sitratdehidrat veya %2.6 konsantrasyonda sodyum sitratanhıroz (veya 6. Maddede firmanın önerebileceği)
 - 15 ml NaOCl (dezenfeksiyon çözültisi) içermeli (laboratuvarın uygun göreceği başka çözültiler önerilebilir)
11. Fosfat tamponu, NaOH ve sodyum sitratdehidrat (veya %2.6 konsantrasyonda sodyum sitratanhıroz (veya 6. Maddede firmanın önerebileceği)) solüsyonları en büyük 50, 100, 250 veya 500 ml içerecek şekilde ambalajlarda teklif edilmelidir. NaOH ve sodyum sitratdehidrat içeriği ambalajlarda eşit miktarda olmalı.
12. Verilen bütün çözültilerin steril olması gereklidir.
13. Bütün çözültilerin pH vb. özellikleri kit ile birlikte verilmelidir. Laboratuvar gerekli görmesi halinde pH ölçümü yapabilmelidir. Bu ölçümün yapılabileceği materyaller firma tarafından temin edilmelidir.
14. Kitler taşıma ve depolama sırasında bozulmayacak şekilde, seperatörlü, sağlam karton kutular içerisinde ambalajlanmış olmalıdır.
15. Kit kutusu üzerinde ürünün adı, son kullanım tarihi, lot numarası yazılı olacaktır.
16. Kutu içerisinde ayrıntılı kullanım yönergesi bulunmalı, ayrıca kitle birlikte hızlı kullanım yönergesi verilmelidir.

Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
N.E.Ü. Meriç Tıp Fak. Hast.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrop. A.D. Öğr. Üyesi
Dip. Tes. No: 98 482-75822

Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
N.E.Ü. Meriç Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 98 482-75822

17. Kit ünitemizde denenmiş kalitesi ve güvenilirliği ispatlanmış, uygunluk belgesi alınmış olmalıdır.
18. Kit ISO 9001 kalite güvence sistemine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olmalıdır.
19. Kit'in TSE, CE / FDA onayı bulunmalıdır.
20. Kit'e ait tüm belgeler ve numuneler ilgili bölüme teslim edilecektir.
21. Üretici firma kit üretimindeki her lot numarası için kalite kontrol sertifikası sunabilmelidir.
22. İstenildiğinde tamamı başka veya kısımlar halinde isteğe göre teslim edilebilmelidir. Taşıma, depolama sırasında bozulmayacak özellikte olmalıdır.
23. Teslim edilen kitin içinde bulunan malzemelerden herhangi birinin yetersiz gelmesi halinde, firma ürünü tamamlamalıdır.

Prof. Dr. Metin DOĞAN
N.E.Ü. Marmara Tıp Fak. Has.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikro. A.D. Öğr. Üyesi
Dip. Tes. No: 981482-75822

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
N.E.Ü. Marmara Tıp Fak. Hast.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 981482-68253