

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

İhale Kayıt No:

Teklif No: 106792 : 25/846

Talep Eden Birim: ÜROLOJİ SERVİSİ

Konu : ÜROLOJİ SERVİSİ İÇİN 2 KALEM DAYANIKLI TAŞINIR ALIM

Son Teslim Tarih & Saat : 23.06.2025 14:00

YAKLAŞIK MALİYET

Sıra	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Açıklama	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	HOOK	1	ADET	ESNEK RETRAKSİYON HOOK		
2	HALKA	1	ADET	ESNEK RETRAKSİYON HALKASI		

Not: Teklifler KDV' siz olarak verilecektir.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(2 sayfa)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

Rekonstrüktif Cerrahi Esnek Retraksiyon Halkası Şartnamesi
25,3cm x11,3cm (Ürün Katalog Referans: 3304G)

1. Cerrahi girişim ve yerine göre farklı şekil ve ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. Dış kutusu üzerinde, farklı şekil ve ölçülerde ait görseller ve kod numaraları basılı olmalıdır.
2. Retraktör üzerinde aynı marka silikon stay takılabilecek çentikler olmalıdır. Bu çentikler sayesinde cerrahi erişim için takılacak kancalar ihtiyaca bağlı olarak lateral ve horizontal açıları ayarlanabilir olmalıdır. Ürün, girişim alanında yüzeysel dokuları geri çekerek geniş bir anatomik görüş alanı ve erişim kolaylığı sağlamalıdır.
3. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmamış ürün, UTS tekil takip sistemi üzerinden kurumun talep ve bildirimini doğrultusunda farklı şekil ve ölçülerde ürün değiştirilebilmelidir.
4. Retraktör parçaları birbirine plastik vidalar aracılığıyla monte edilebilmelidir ve pozisyonu sıkma vidaları aracılığı ile sabitlenmeli, verilen pozisyon bozulmamalıdır. Ürün metal parça içermemelidir.
5. Retraktör parçaları 2 adet sıkma vidası ile birbirine bağlanıp 25,3cm x 11,3cm ölçülerinde ring formatını oluşturmaktadır.
6. Retraktör iki adet özel sert plastik parçadan oluşmalıdır.

Doktor Öğretim Üyesi
Hakan Hakkı TAŞKAPU
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 65778

Doç. Dr. Yunus Emre GÖGEK
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Has.
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 105585

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Rekonstrüktif Cerrahi Esnek Retraksiyon Hook Şartnamesi
5mm Keskin (Ürün Katalog Referans: 3311-8G)

1. Cerrahi girişim ve yerine göre farklı şekil ve ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. Dış kutusu üzerinde, farklı şekil ve ölçülerde ait görseller ve kod numaraları basılı olmalıdır.
2. Uç hook kısımları paslanmaz çelikten imal edilmiş olup opsiyonel olarak tek, çift, üçlü yapıda; keskin, künt ve yarı-künt özelliklerde seçeneklere sahip olmalıdır.
3. Hook ve silikon tubing olmak üzere birleşik 2 kısımdan oluşmalıdır ve birleşim yeri rahat tutulacak olmalıdır.
4. Silikon tubing kısmı esnemeli, aynı marka retraktör çentiğine takılmalıdır. Cerrahi erişim için ihtiyaca bağlı olarak lateral ve horizontal açıları ayarlanabilir olmalıdır. Ürün, girişim alanında yüzeysel dokuları geri çekerek geniş bir anatomik görüş alanı ve erişim kolaylığı sağlamalıdır.
5. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmamış ürün, UTS tekil takip sistemi üzerinden kurumun talep ve bildirimini doğrultusunda farklı şekil ve ölçülerde ürün değiştirilebilmelidir.
6. Teklif edilecek ürün uç kısmı 5mm ölçülerinde keskin metal kanca formunda olmalıdır.
7. Kutu içinde mavi renk kodlu 8 adet stay bulunmalıdır.

Doktor Öğretim Üyesi
Hakan Hakkı TASKAPU
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 65778

Doç. Dr. Yusuf Emre GÖĞER
N.E.Ü. Meriç Tıp Fak. Has.
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 105585