

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 107139 10.07.2025
Alım No : 25/989
Talep Eden Birim : ÇOCUK YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Konu : ÇOCUK YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 17.07.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	FLOW SENSÖR KABLOSU(DRAGER 8000 PLUS)			8,00	ADET		
2	FLOW SENSÖR KABLOSU (DRAGER VN600)			8,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik şartnamesi ektedir.(1 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

VENTILATÖR CİHAZI FLOW SENSÖR KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Flow sensör kablosu hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger BABYLOG model Ventilator cihazları ile tam uyumlu çalışmalıdır.
2. Teklif edilecek sensör orijinal ambalajında ve açılmamış olmalıdır.
3. Flow sensör kablosu cihaz üzerindeki yuvasına ve karta uygun olmalıdır.
4. Kabloyu yerine takmak için cihaz üzerinde herhangi bir modifikasyon yapılmamalıdır.
5. Flow sensör kablosu fabrikasyon hatalara karşı 12 (on iki) ay süre ile garantili olmalıdır. Firmalar teklif ekinde bunu sunmalıdır.
6. Teklif edilecek sensör kablosunun uygunluğu kullanacak bölüm ve Biyomedikal birimi tarafından verilecektir, gerektiğinde cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

FLOW SENSOR KABLOSU Teknik Şartnamesi

1. Ürün hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka VN600 model yeni doğan ventilatörler için uyumlu parça olmalıdır.
2. Ürün akış sensörü ISO 15 parçaya uyumlu olmalıdır.
3. Sensörün takılacağı cihazın üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.
4. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
6. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi ve ilgili cihaz için son 3 yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.
7. Kablo üretim hatalarına karşı 6 ay firma garantisi altında olmalıdır.
8. Teklif edilecek sensör kablosunun uygunluğu kullanılacak bölüm ve Biyomedikal birimi tarafından verilecektir. Gerektiğinde cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

Doç. Dr. Nuriye EMİROĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 95209

Prof. Dr. Hüseyin ALTUNHALI
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 59258