

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106209 23.06.2025
Alım No : 25/703
Talep Eden Birim : BEYİN CERRAHİ SERVİSİ
Konu : BEYİN CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 2 KALEM DAYANIKLI TAŞINIR ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 30.06.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KAFATASI KELEPÇESİ			1,00	ADET		
2	SWIVEL ADAPTÖR			1,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 30 Günlük ödeme planına göre yapılacaktır.

Not: Teknik şartname ektedir. (1 Sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

ÇİVİLİ BAŞLIK (SKULL CLAMP) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Teklif edilecek skull clamp, swivel adaptör ve çiviler ameliyathanemiz demirbaşında mevcut Integra marka Mayfield model çivili başlık sistemi ile birebir uyumlu, aynı firma üretimi ve orijinal olmalıdır.
- 2) Skull Clamp 3 çivili olmalıdır.
- 3) Skull clamp üzerindeki çivilerin basınç ayarı ayrı ayrı yapılabilmesi ve uygulanan basınç değerleri her çivi üzerinde bulunan göstergelerden ayarlanıp takip edilebilmelidir. . Tekli pin tutucu üzerinde aşağıda basınç değerleri belirtilen skala çizgileri yer almalıdır.
 - 1.Çizgi – 20 lbs / 9 Kg
 - 2.Çizgi – 40 lbs / 18 Kg
 - 3.Çizgi – 60 lbs / 27 Kg
 - 4.Çizgi – 80 lbs / 36 Kg
- 4) Hızlı diş bozulmalarını engellemek amacıyla tekli pin tutucu yuvası içinde paslanmaz çelik helicoil yer almalıdır.
- 5) Teklife Swivel Adaptör parçasıda dahil edilmelidir. Teklif edilen Swivel Adaptör orijinal Mayfield marka olmalıdır.
- 6) 6 Adet erişkin çivi bedelsiz olarak verilecektir.
- 7) Teklif edilen sistem aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - a. Skull clamp 1 (bir) adet
 - b. Swivel adaptör 1 (bir) adet

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KENAN
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D.
Dip. Tes. No: 148201

Prof. Dr. M. Faruk ERDİ
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Beyin ve Sinir Cer. A.B.D.
Dip. Tes. No: 114328 / 38302