

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	HB.PR.14
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
	HEMODİNAMİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ	REVİZYON NO	03
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 2

1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji ve Çocuk Kardiyoloji, poliklinik ve kliniğine başvuran hastaların tetkiklerinin yapılması aşamalarındaki işlemlerin belirlenmesi amacıyla bu prosedür oluşturulmuştur.

2. KAPSAM : Diagnostik Anjio, Kateter, Anjioplasti, Stent, Laser, Brakiterapi, Valvuloplasti, Geçici pil, kalıcı pil, takılması, Pediatrik Kardiyoloji ASD, USD kapatılması, pulmoner valvuloplasti vb. işlemleri kapsar.

3. KISALTMALAR

HBYS : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

- Sorumlu Öğretim Üyesi
- Vardiya ve İcaba Bakan Doktor ve Asistan
- Sorumlu Hemşire
- Teknisyen

6. FAALİYET AKIŞI

6.1.Hastanın Kabulü

6.1.1 Poliklinikten randevu talimatına uygun olarak randevu verilen hastanın yatışı yapılarak, randevu gününde sabah aç olarak, kasık temizliği yapılmış olarak gelmesi hekim tarafından bilgi verilerek sağlanır.

6.1.2 Serviste yatan hastanın anjio kararı vizitte verilir, sonra bir liste ile laboratuvara gönderilir.

6.2.Hastanın Hazırlanması

6.2.1 Hasta işlem hakkında hemşire tarafından bilgilendirilir.

6.2.2 Damar yolu hemşire tarafından açılır.

6.2.3 Hemşire tarafından tansiyon, nabız ölçülür hemşire gözlem formuna değerler yazılır.

6.3. Laboratuvarın Hazırlanması

6.3.1 Hemşire; işlemde kullanılacak malzemeleri (Fonksiyon iğnesi, kateter extencion Line, koroner enjektör, monifolt takımı vb.) steril masaya uygun olarak açar.

6.3.2 Acil ilaçları, acil masasında enjektöre çekilmiş olarak hemşire hazırlar.

6.3.3 Hemşire işleme girecek doktoru steril olarak giydirir.

6.3.4 Sorumlu teknisyen tarafından anjio makinaları ve tüm cihazların her gün çalışma yönünden kontrolleri yapılır.

6.3.5 Teknisyen tarafından pompa cihazına gerekli opak madde çekilerek ayarları yapılır.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	HB.PR.14
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	03
	HEMODİNAMİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	2 / 2

6.4. İşleme Alınması

- 6.4.1 Hasta görevli personel tarafından uygun pozisyonda masaya yatırılır.
- 6.4.2 Monitör bağlantıları görevli hemşire tarafından yapılır.
- 6.4.3 İşlem yapılacak bölge (Betadin solüsyonu) dezenfekte edilir.
- 6.4.4 Hastanın üzeri steriliteye uygun olarak asistan tarafından örtülür.
- 6.4.5 Hastanın basınç bağlantıları asistan ve hemşire tarafından yapılarak, işlem başlanır.
- 6.4.6 İşlem anında; doktor tarafından verilen orderlara göre hemşire hastanın ilaçlarını yapar ve hemşire gözlem formuna kaydeder.

6.5. İşlemin Sonlandırılması

- 6.5.1 İşlemi biten hastada kullanılan malzemeler hemşire tarafından Tıbbi Atıkların Toplanma Talimatına göre toplanır.
- 6.5.2 Yeniden kullanılacak malzemenin hemşire tarafından ayrımı yapılır.
- 6.5.3 İşlemi biten hastanın doktor order göre, sheath hemen çekilecekse laboratuvar hemşiresi tarafından çekilir. Kanama duruncaya kadar basınç yapılır.
- 6.5.4 Kanama durunca bandaj yapılarak üzerine kum torbası konulur.
- 6.5.5 Hastaya; yeniden kanama olmaması için ve verilen opak madde miktarına göre hemşire hastaya gerekli tavsiyelerde bulunur.

6.6. Sonuç – Raporlama – Arşivleme

- 6.6.1 Çekimler CD'ye kaydedilmişse CD'ler görevli teknisyen tarafından arşivlenir.
- 6.6.2 Çekimler görevli asistan ve uzmanlar tarafından değerlendirilir, raporlanır.
- 6.6.3 Raporlar Kardiyoloji Konseyinde görüşülerek hastaya verilir.
- 6.6.4 Hemşire eczane istem, tahakkuk formlarını doktora imzalatarak sekreter teslim eder.
- 6.6.5 Eczane istem formları görevli personel tarafından eczaneye götürülür.
- 6.6.6 Tahakkuk formları sekreter tarafından işlenir ve kullanılan malzeme stoklardan HYBS Programına göre düşülür.
- 6.6.7 Hastanın çıkış işlemleri gerçekleştirilir.

6.7. Atıklar

- 6.7.1 Tıbbi atıklar **Tıbbi Atık Talimatına** uygun olarak toplanır.
- 6.7.2 Diğer çöpler hastane atık talimatına uygun olarak yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- AY.TL.01 Tıbbi Atık Talimatı
- HB.FR.11 Hemşire Gözlem Formu
- MC.PR.01 Bakım Ve Kalibrasyon İşleyiş Prosedürü