

|                                                                                  |                                                                                   |                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | <b>T.C<br/>NEC METTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ<br/>Tıp FAKÜLTESİ HASTANESİ</b>        | <b>DOKÜMAN KODU</b>    | <b>STA.PR.03</b>  |
|                                                                                  |                                                                                   | <b>YAYIN TARİHİ</b>    | <b>01.05.2006</b> |
|                                                                                  | <b>TERAPÖTİK AFEREZ HİZMETLERİ TIBBİ CİHAZ VE<br/>DONANIMINA YÖNELİK PROSEDÜR</b> | <b>REVİZYON NO</b>     | <b>04</b>         |
|                                                                                  |                                                                                   | <b>REVİZYON TARİHİ</b> | <b>01.01.2024</b> |
|                                                                                  |                                                                                   | <b>SAYFA NO</b>        | <b>1 / 1</b>      |

**1. AMAÇ:** Terapötik aferez merkez ve ünitelerinde bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde hizmet sunumunun sağlanmasıdır.

**2. KAPSAM :** Terapötik aferez ünitesi ve merkezlerinde değerlendirilir.

### **3. FAALİYET AKIŞI**

#### **3.1. Terapötik Aferez Merkezi Asgari Tıbbi Cihaz ve Donanım**

- Ünite için en az bir, merkez için en az iki adet aferez cihazı -aferez merkezimizde 6 adet aferez cihazı ve cihaz sayısı kadar taşınabilir ve ergonomik hasta koltuğu bulunmaktadır.
- Cihaz sayısı kadar pozisyon verilebilir hasta yatağı veya koltuğu -aferez merkezimizde 4 adet aferez cihazı ve cihaz sayısı kadar taşınabilir ve ergonomik hasta koltuğu bulunmaktadır.
- Taşınabilir elektrokardiyografi cihazı ve defibrilatör -taşınabilir monitörlü elektrokardiyografi cihazı ve defibrilatör bulunmaktadır.
- Acil müdahale seti -ambu ve airway de dahil olmak üzere gerekli malzemeleri içeren tam donanımlı acil müdahale ekipmanı bulunmaktadır.
- İhtiyaç anında birden fazla hastaya yetecek kapasitede olan oksijen desteği -ihtiyaç halinde kullanılmak üzere birden fazla hastaya yetecek oksijen düzeneği bulunmaktadır.
- Hassas tartı sistemi -hasta hassas tartı sistemi bulunmaktadır.

#### **3.2. Tıbbi Cihaz ve Malzemeleri Yönetimi ve Güvenli Kullanıma Yönelik Süreçler**

##### **3.2.1. Terapötik Aferez Cihazlarının Bakım ve Kontrolleri;**

- Tedarikçi firma temsilcileri tarafından yıllık olarak yapılmaktadır.
- Acil gelişen sorunlarla ilgili firma 7/24 aranarak sorun giderilir. Arıza bildiriminden itibaren en geç 6 saat içinde cihaza/sisteme müdahale edilecek en geç 1 iş günü içinde bütün fonksiyonları çalışır durumda yetkili firma teknik servisi tarafından aferez merkezi yetkilisine teslim edilecektir.
- Toplam arızalı geçen süre 1 iş gününü geçtiği takdirde cihaz/sistem teknik şartnamedeki kriterleri sağlayan yenisi ile değiştirilecektir.
- 1 iş gününü aşan arıza durumunda istekler sağlanmazsa,cezaî işlemlerle ilgili uygulama esasları idari şartname usulüne göre olacaktır.
- 1 iş gününü aşan arıza durumunda istekler sağlanmazsa,cezaî işlemlerle ilgili uygulama esasları idari şartname usulüne göre yapılır.
- Aferez merkezi donanımları hastanenin belirlemiş olduğu zamanlarda gerek hastane içi gerekse hastane dışı hizmet aldığı firmalar tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte olup;bakım,kalibrasyon,validasyon vb. yapılmaktadır. Aferez merkezinde kullanılan malzemelerin temini,doğru ve güvenli kullanımı, depolanması tecrübeli ve donanımlı aferez merkezi çalışanları tarafından sağlanmaktadır.