

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ		DOKÜMAN KODU	TY.FR.26		
			YAYIN TARİHİ	1.05.2006		
			REVİZYON NO	0		
			REVİZYON TARİHİ	--		
DEFİBRİLATOR KALİBRASYON FORMU			SAYFA NO	1		
Cihaz Adı	:	Marka	:			
Cihaz No	:	Model	:			
Kullanım Yeri	:	Seri No	:			
	:	Kalibrasyon Tarihi	:			
I) EKG Monitör Testi / ECG Monitor Test						
A) Nabız Testi / Heart Rate Test						
Ölçüm Noktaları	Gerçek değer	Görülen Değer	Görülen Değer	Görülen Değer	Görülen Değer	Görülen Değer
NSR Yetişkin (QRS genişliği 80ms)/ Adult (QRS width 80ms)	30 BPM	BPM	BPM	BPM	BPM	BPM
	80 BPM	BPM	BPM	BPM	BPM	BPM
	120 BPM	BPM	BPM	BPM	BPM	BPM
	180 BPM	BPM	BPM	BPM	BPM	BPM
	240 BPM	BPM	BPM	BPM	BPM	BPM
	300 BPM	BPM	BPM	BPM	BPM	BPM
B) EKG Genlik Testi / ECG Amplitude Test :						
Mod / Mode	Mod / Mode	GEÇTİ		KALDI		
EKG Dalga Boyu / ECG Wave Amplitude (@ 60 bpm)	0.5 mV					
	1.0 mV					
	1.5 mV					
	2.0 mV					
C) Tarama Hızı ve Yazıcı Testi / Sweep Speed and Printer Test :						
Mod / Mode	Gerçek değer	Görülen Değer	Görülen Değer	Görülen Değer	Görülen Değer	Görülen Değer
Atım / Pulse (@ 1mV)	60 BPM	BPM	BPM	BPM	BPM	BPM
	120 BPM	BPM	BPM	BPM	BPM	BPM
II) Defibrilatör Testi / Defibrillator Test :						
A) Enerji Testi / Energy Test :						
Gerçek değer	Görülen Değer	Görülen Değer	Görülen Değer	Görülen Değer	Görülen Değer	Görülen Değer
5 Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule
30 Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule
50 Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule
100 Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule
300 Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule
360 Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule	Joule
B) Şarj Zamanı Testi / Charging Time Test						
	Görülen Değer					
Şarj Zamanı/ Charging Time (@ 360 Joule)		sec				
		sec				
		sec				
		sec				
		sec				
		sec				
		sec				
		sec				
		sec				
		sec				
KALİBRASYONU YAPAN			ONAYLAYAN			