

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DL.PR.02
		YAYIN TARİHİ	02.01.2017
	DOKU TİPLEME LABORATUVARI STOK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	REVİZYON NO	02
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ:** Stoklamanın (depo) işleyişini, depo koşullarına göre oluşabilecek riskleri tanımlamak.

2. **KAPSAM:** Tüm depolar

3. **KISALTMALAR:**

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

4. **TANIMLAR:**

5. **SORUMLULAR:**

- Sorumlu Öğretim Üyesi
- Sağlık teknisyeni

6. **FAALİYET AKIŞI:**

6.1. **KİT, KALİBRATÖR, KONTROL SERUMLARI VE MALZEMELERİN TAKİBİ:**

6.1.1. Kit, Kalibratör, Kontrol Serumları ve Malzemelerin Bir önceki yıl ve birimin kullanım miktarı göz önüne alınarak birimlerce kritik stok, maximum stok ve minimum stok seviyeleri belirlenir.

6.1.2. Kit, Kalibratör, Kontrol Serumları ve Malzemelerin Belirlenen kritik stok, maximum stok ve minimum stok seviyeleri DTL kit stok takip formu üzerinden takip edilir.

6.1.3. Kit, Kalibratör, Kontrol Serumları ve Malzemelerin Miad kontrolleri HBYS üzerinden yapılır.

6.2. **DEPO DA SICAKLIK VE NEM TAKİBİ:**

6.2.1. Depoda ısı ve nem takip edilerek, ısı ve nem ölçüm çizelgesine kayıt edilir.

6.2.2. Depoda bulunan buzdolapların ısısı takip edilerek soğutucu ısı izlem formuna kayıt edilir.

7. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

- **DL.FR.23 Doku tiplleme sıcaklık takip formu**