


| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
|  | T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ | DOKÜMAN KODU | TT.076 |
| | | YAYIN TARİHİ | 01.05.2006 |
| | | REVİZYON NO | 03 |
| | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (HEMOTOLOJİ) LABORATUARI HEMOSTAZ VE TROMBOZ (KOAGÜLASYON) ANALİZLERİ TALİMATI | REVİZYON TARİHİ | 01.06.2021 |
| | SAYFA NO | 1 / 1 | |

1.AMAÇ: Koagülasyon analizlerinin doğru ve hızlı bir biçimde yapılmasını sağlamak.

2.KAPSAM: Koagülasyon cihazları.

3. KISALTMALAR:

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

4.FAALİYET AKIŞI:

- 4.1 Koagülasyon testlerini yapan otomatik cihazın bakımı, üretici firma tarafından hazırlanmış olan cihaz kullanım kılavuzu veya ekipman sicil kartında belirtildiği şekilde yapılır.
- 4.2 Merkezi kan alma biriminden hematoloji poliklinik sekreterliğine gönderilen örnekler resmi kayıt işlemlerinin yapıldığı denetlenerek teslim alınır. Eğer hasta hematoloji poliklinik sekreterliğine kendisi başvurmuş ise kan alma işlemi kan alma hemşireleri tarafından gerçekleştirilir.
- 4.3 Alınan örnekler elektif koşullarda çalışıldığı için öncelikle hasta kayıt defterine kaydedilir ve aliquotlara ayrılarak derin dondurucuda çalışma gününe kadar saklanır.
- 4.4 Testler sayıları tamamlandığında çalışılır. Acil istem ve çalışmalar için karar hematoloji ünitesi sorumlu öğretim üyesi onayı ile gerçekleştirilir.
- 4.5 Çalışmanın yapılacağı gün test için gereken kit ve solüsyonlar cihaza yerleştirilir.
- 4.6 Kan örnekleri hatasız bir biçimde cihaza yüklenerek istenen testler, koagülasyon dosyasında yer alan test prensiplerine göre çalışılır.
- 4.7 Test bitiminde sonuçlar HBYS sistemine kaydedilerek saklanır.
- 4.8 Test sonuçları sonuçların kontrol ve onaylama talimatına göre uzman doktor tarafından değerlendirildikten sonra HYBS bilgisayar programına aktarılır.
- 4.9 HYBS bilgisayar programına aktarılan sonuçlar, sonuçların verilmesi ve saklanması talimatına göre saklanır.