

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TT.235
		YAYIN TARİHİ	01.01.2016
		REVİZYON NO	01
	BİYOKİMYA (HEMOTOLOJİ) LABORATUARI HEMOGRAM ANALİZLERİ TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.06.2021
		SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ: Hemogram analizlerinin doğru ve hızlı bir biçimde yapılmasını sağlamak.

2.KAPSAM: Hemogram cihazları.

3. KISALTMALAR:

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

4.FAALİYET AKIŞI:

- 4.1 Hemogram testlerini yapan otomatik cihazın bakımı, üretici firma tarafından hazırlanmış olan cihaz kullanım kılavuzu veya ekipman sicil kartında belirtildiği şekilde yapılır.
- 4.2 Merkezi kan alma biriminden hematoloji poliklinik sekreterliğine gönderilen örnekler resmi kayıt işlemlerinin yapıldığı denetlenerek teslim alınır. Eğer hasta hematoloji poliklinik sekreterliğine kendisi başvurmuş ise kan alma işlemi kan merkezi hemşireleri tarafından gerçekleştirilir.
- 4.3 Testler günlük olarak çalışılır.
- 4.4 Çalışmanın yapılacağı gün test için gereken kit ve solüsyonlar cihaza yerleştirilir.
- 4.5 Testlerin günlük kontrol çalışmaları yapılır.
- 4.6 Kan örnekleri hatasız bir biçimde cihaza yüklenerek istenen testler çalışılır.
- 4.7 Test sonuçları sonuçların kontrol ve onaylama talimatına göre uzman doktor tarafından değerlendirildikten sonra HYBS bilgisayar programına aktarılır.
- 4.8 HYBS bilgisayar programına aktarılan sonuçlar, sonuçların verilmesi ve saklanması talimatına göre saklanır.