

**T.C.**  
NECMETT N ERBAKAN ÜN VERS TES  
MERAM TIP FAKÜLTES HASTANES

hale Kayıt No:

Teklif No: 84649 : 22/2140

Talep Eden Birim: ÇOCUK ENFEKS YON HASTALIKLARI SERV S

Konu : ÇOCUK ENFEKS YON HASTALIKLARI SERV S Ç N 1 KALEM DAYANIKLI TA INIR ALIMI

**Son Teslim Tarih & Saat :** 23.08.2022 14:00

YAKLA IK MAL YET

Sıra	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Açıklama	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	BOY ÖLÇERL D J TAL TERAZ	2	ADET			

**Not:** Teklifler KDV' siz olarak verilecektir.

Not: Teknik arname ektedir. (1 Sayfa)

**BOY ÖLÇERLİ DİJİTAL YETİŞKİN TERAZİSİ TEKNİK  
ŞARTNAMESİ**

- \* 250 kg tartım kapasitesi olmalıdır.
- \* 50-100 gr hassasiyet ile tartım yapabilmelidir.
- \* Hem Elektrik (220V/AC) hem pil (4x1,5 V/DC) ile çalışabilmelidir. Pilleri ve adaptörü ile birlikte verilmelidir.
- \* kg ve lbs olarak iki ayrı birimde tartım yapabilmelidir. Birimlerin birbirlerine dönüşümü bir tuş yardımı ile otomatik olarak yapılabilmelidir.
- \* Anne kucağındaki bebeği tartım özelliği olmalıdır.(Daralı tartım özelliği)
- \* Body-Mass-İndeks göstergeli,Boy/Kilo oranı tayini özelliği olmalıdır.
- \* Terazinin ekranı dönebilme özelliği sayesinde kullanıcı ve hasta tarafından rahatça görülebilmelidir.
- \* Ekrandaki değeri sabitleme(HOLD) ve dara alma özelliği olmalıdır.
- \* Boy ölçme çubuğu terazinin üzerine monte edilerek birlikte kullanılabilir.İstenildiğinde boy ölçme çubuğu duvarada monte edilebilmelidir.
- \* Boy Ölçme Çubuğu duvara monte edildiğinde 600 mm'den 2.100 mm'ye,teraziye monte edildiğinde,910 mm'den 2.100 mm'ye kadar 1 mm hassasiyet ile ölçüm yapabilmelidir.
- \* Terazinin tekerlek sistemi sayesinde bir yerden bir yere kolayca taşınabilir olmalıdır.
- \* Terazinin ayakları ayarlanabilir özellikte olup su terazine sahip olmalıdır.
- \* Terazinin kefe ölçüleri 350 x 450 mm'dir.
- \* Terazinin ağırlığı 8,4 kg olmalıdır.
- \* İmalattan doğabilecek arızalara karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır. Bu sürenin sonunda da teknik servis güvencesi bulunmalıdır.

**Prof. Dr. Bülent ATAS**  
M.E.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fak. Hast.  
Çocuk Metabolizmi B.D.  
Dip. No: 83776 İht. No: 66173

**Dr. Özgü Metin AKCAN**  
Doktor Öğretim Üyesi  
M.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.  
Dip. Tes. No: 119342