

T.C.NECMETT N ERBAKAN ÜN VERS TES MERAM TIP
FAKÜLTES HASTANES

TEKL F STEME FORMU

stem No : 88413
Alım No : 23/314
Talep Eden Birim : KALP DAMAR CERRAH AML. DEPOSU
Konu : KALP DAMAR CERRAH AML. DEPOSU Ç N 4 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 08.02.2023 10:00

03.02.2023

HT YAÇ L STES

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	CER. SÜT. POLYESTER MULT FLAMENT NO:2/0 20 MM.1/2 Y. Ç. .3*7 MM. PLEJ TL 75 CM. 2 RENKL			1.500,00	ADET		
2	CER. SÜT. POLYPROP LEN MONOFLAMENT NO:7/0 9 MM 3/8 Y.Ç. .			1.000,00	ADET		
3	CER. SÜT. POLYPROP LEN MONOFLAMENT NO:6/0 (13 MM) Y.Ç. . 3/8 75 CM			1.000,00	ADET		
5	CER. SÜT. MONOFLAMENT (PTFE) NO:4/0 20 MM 1/2 Ç. . 75 CM		KV1402 - 134.	24,00	ADET		

A A İDA YER ALAN HUSUSLAR DAR ARTNAME HÜKÜMLER N OLU TURMAKTADIR.
DO RUDAN TEM N ALIMLARINDA TEKL F VEREN F RMALAR DAR ARTNAMEDEK HUSUSLARI KABUL ETM
SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmi se yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli ka ıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve ka eler açık bir ekilde yazılmı olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazılmı ekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sa lık Bakanlığı ı laç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu do ru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ili kin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sa lık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerlili i olmadı ı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, olu acak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci ba latılmı veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci ba latılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim a masında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini a masında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu i lemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu oldu undan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen i lemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilatı yoluna gidilecektir.
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Do rudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin T TUBB sisteminde Sa lık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldı ı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla e le tirilmı olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve T TUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama i lemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/i lem tarihinde tanımlı oldu u halde sonraki dönemlerde tanımlanan listede kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmi olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-F RMLARIN TEKL FLER NDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAY L K BELGELER N VERMELER MECBUR D R.
- 2-F RMLARIN TEKL F ETT KLER ÜRÜNLER N SGK VE SA LİK BAKANLI I ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKL FLER DE ERLEND RMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA U RAMASI DURUMUNDA LG L F RMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAK NAK T DURUMUNA GÖRE,MAL YE BAKANLI ININ BEL RLEM OLDU U ÖDEME PLANI ÇERÇEVES NDE YAPILACAKTIR.

.POL PROP LEN GRUBU SÜTÜRLER TEKN K ARTNAMES
(23.01.2023 / 88413 / 2., 3. kalem)

1. Polypropilenden mamül, monofilament, sentetik. Nonabsorbable, renkli bir diki materyali olacaktır.
2. Atravmatik polypropilenden ambalajları, sterilitesini koruyacak eilde makas veya ba ka bir alet kullanımını gerektirmeden açılacak yapıda olacaktır.
3. Çift orjinal ve steril ambalaj içinde bulunan diki materyalinin teknik özellikleri iç ambalajın üzerinde belirtilmi olacaktır. Ürünün adı ve özellikleri, USP ve EP (metrik) numaraları, iplik uzunlu u, i ne boyu, i ne tipi, gövde yapısı, üretici firmanın seri numarası, sterilizasyon metodu, tarihi, son kullanma tarihi, ürün kod numarası açıkça belirtilmi olacaktır.
4. pli e ba lı i neler paslanmaz çelikten kullanım esnasında minimum travma edici ve deforme olmayan yapıda olacaktır. neler dokudan çok rahat geçmeli, güçlü olmalıdır. ne kalsifiye dokularda rahatlıkla kullanılmalıdır. Kırılmaya kar ı dirençli olmalıdır.
5. nenin yüzeyi pürüzsüz olmalı, portegü ile tutuldu unda ezilmemelidir. nenin iplikle ba lantı bölgesinde geçi deli ini büyütecek düzeyde geni leme olmamalıdır. ne keskinli ini /sivrili ini kullanımı süresince devam ettirmelidir.
6. Sütür materyali paketten çıkarılırken rahat ve dolanmadan çıkarılabilmeli, rahat geçi ve dü ümlenmeyi sa lamak için yeterli kayganlıkta olmalıdır. Ba lama sırasında kolay kopmamalı ve deforme olmamalıdır. Materyale kar ı doku reaksiyonu minimum olmalıdır.
7. Numune de erlendirmesine göre alım yapılacaktır.
8. Sütür uzunlu u 75 - 90 cm aralı nda olmalıdır.
9. Ulusal Bilgi Ulusal Bankası (UBB)'na kayıtlı ürünlerin üzerine birebir teklif mektubunda verilen UBB numaraları barkot ekinde yapı mı olarak teslim edilecektir.
10. UBB'na kayıtlı olmayan malzemeler için ürün üzerinde ürün tanımlayıcı barkotu olacaktır.

PTFE SÜTÜRE TEKN K ARTNAMES
(23.01.2023 / 88413 / 5.kalem)

1. ePTFE'den üretilmi olmalıdır.
2. Non absorbable ve monofilament olmalıdır.
3. Hacimce % 50 hava içermelidir. Bu özellik süturun yumu ak ve flexible olmasını sa lamalıdır.
4. Enzimatik degradasyona u ramamalıdır ve minimum doku reaksiyonunu sa lamalıdır.
5. Süturun sahip oldu u pürüzsüz yüzeyi sürtünmeyi minimize etmelidir ve böylelikle kullanım kolaylı ı sa lamalıdır.
6. CV 2 ve CV 8 aralı nda size seçenekleri olmalıdır.

CERRAH SENTET K MULT FLAMENT ABSORBE OLMAYAN POLYESTER PL K TEKN K ARTNAMES (23.01.2023 / 88413 / 1.kalem)

Cerrahi Sentetik Multiflament Polyester veya polyethylene terephthalate'dan imal edilmi olacak, kaplaması silicon olmalıdır. Kalınlıkları, dü üm atma kabiliyetleri ve i ne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi'ne uygun olacaktır.

- 1- Cerrahi Sentetik Multiflament Polyester iplikler, cerrahi i neye takılı durumda ve kıvrılmayı engelliyecek eilde, alüminyum folyo veya çift (effaf/Tyvek-karton/blister) po ette ambalajlanmı olacaktır.
- 2- Cerrahi Sentetik Multiflament Polyester iplikler steril olacaktır. Mavi-ye il ve beyaz renk seçenekleri olmalı.
- 3- Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olacaktır. Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
- 4- ne le lgili artlar: ne Boyu 10mm.nin üzerindeki için +/- 2 tolerans tanınmalıdır. neler dokudan çok rahat geçmeli, güçlü olmalı, i ne sert (kalsifiye) dokularda rahatlıkla kullanılmalı, yüzeyi pürüzsüz olmalı ve i ne keskinli ini/sivrili ini operasyon boyunca devam ettirebilmelidir.
- 5- a) Kırılmaya kar ı dirençli Cardiopoint i ne çeli i olmalıdır.
b) ne portegüye takılıyken sert dokularda kolay dönmesini engelleyecek yapıda olmalı.
c) neler numune de erlendirme a masında uygun yüzeylerde çoklu geçi performansı test edilecek ve keskinli ini koruması de erlendirilecektir.
- 7- Sütür le lgili artlar: Sütür boyu 45 cm.nin üzerindeki için +/- %12 tolerans tanınmalıdır.
- 8- a) Kalp Kapakcı ı gibi özellikli ve yüksek emniyet gerektiren dokularda efektif kullanıma uygun olmalı.
b) Kalp kapa ı sütürleri pledget'li olmalı, po et içerisinde 10x75 cm ve 4x75 cm veya üzeri sütür bulunmalı ve sütürlerin 2+2 ve 5+5 farklı renklerde olmalıdır.
c) Pledget'ler PTFE yapıda olmalıdır.

9- Birim Ambalaj: Sentetik multifilament absorbe olmayan cerrahi plik, kullanım anına kadar sterilizesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelecektir. Ayrıca paketlerin üzerinde CE markalaması ve numarası bulunmalıdır.a) Dış ambalaj kullanım anına kadar nemden, ısıdan korunması için, bir yüzü effaf nylon, diğer yüzü yırtılmaya (tyvek) kaplı olmalıdır.

b) İç ambalaj, sütün kırılmasını engelleyecek şekilde karton folyo paketten oluşacaktır. Fonksiyonelli sağlamak için karton folyo üretilen yerden açıldığında içine direk görünmeli ve kolaylıkta portegüye yerleştirilebilir konumda olmalıdır.

c)Folyo üzerindeki bilgiler soğuk baskı ile yazılmış olmalı, hiçbir şekilde silinmemeli ve bozulmamalıdır.

d) Birim ambalajın üzerinde aşağıdaki bilgiler çıkartılmayacak şekilde yazılmış olacaktır.

- Malatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı,

- Ürünün ticari ismi ve etken maddesi

- İnci cinsi (yuvarlak, keskin, spatul, tapercut, küt uçlu), inci adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), inci boyu (mm olarak),

- İnci büyüklüğü 1/1 oranında görülebilmeli,

- İncisiz ise sütün adedi,

- Sütün kalınlığı (Metrik ve U.S.P. olarak),

- Sütün uzunluğu (Inç ve Cm olarak)

- Sütün rengi,

- Steril ibaresi, sterilizasyon metodu,

- Son kullanma tarihleri,

- Ürünün kod numarası (Verilen katalog ve broşürde belirtilen numara ile tutmalıdır)

- Lot numarası

- Paketin açılmasını belirten sembol olmalı

10- Çoklu paketlerde paket içindeki her bir sütün için fiyat verilecektir.

11- Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı ürünlerin üzerine birebir teklif mektubunda verilen ÜTS numaraları barkot şeklinde yapılmış olarak teslim edilecektir.

12- ÜTS'ne kayıtlı olmayan malzemeler için ürün üzerinde ürün tanımlayıcı barkotu olacaktır

*** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.